

STAMMOPUR R

Instrument reiniger

voor ultrageluid • concentraat



Reiniging en voorreiniging van medische instrumenten en toebehoren

Concentraat voor handmatige reiniging en voorreiniging van instrumenten, zowel in het ultrasoonbad als in de dompelbadcyclus, van

algemene, chirurgische, invasieve en niet-invasieve medische instrumenten en toebehoren en componenten van medische producten,

in de AEMP (bewerkingseenheid voor medische producten), in de kliniek, in de artsenpraktijk en in de medische voetverzorging.

Zeer hoge materiaalcompatibiliteit, geschikt voor delen van metaal, titanium, glas, porselein, keramiek en kunststof, in geval van twijfel moet deze vooraf worden getest.

Voor endoscopen en endoscooptoebehoren zijn er de geschiktheidsadviezen van de firma's Karl Storz GmbH & Co.KG en Richard Wolf GmbH.

Gebruik in een ultrasoon bad (dosering • inwerktijd)

2 % • 3 - 10 min

Gebruik zonder ultrageluid (dosering • inwerktijd)

3 - 5 % • max. 12 h;

Afhankelijk van het type en de bestendigheid van de verontreiniging

De toepassing gebeurt verdund met water van minimaal drinkwaterkwaliteit en zonder verdere toevoegingen. Op volledige bevochtiging letten. Voorwerpen na behandeling grondig afspoelen met water en drogen. De gebruiksooplossing bij zichtbare verontreinigingen onmiddellijk, maar uiterlijk dagelijks vervangen. Bij vers bloed- en proteïneresten koud bereiden (eiwitfixatie); oplossing kan worden verwarmd tot 60 °C bij hardnekkige verontreiniging.

Neem de productinformatie op www.dr-stamm.de in acht.

Uitsluitend voor professionele gebruikers.

Als contactvloeistof (2%) bij indirecte sonicatie bij de basisreiniging met STAMMOPUR GR in het ultrasoonbad inzetbaar.

Mild alkalisch (pH 9,5 bij 1 % in gedemineraliseerd water), biologisch afbreekbaar.

Bevat

5–15% niet-ionische tensiden, 5–15% anionische tensiden, complexvormers, inhibitor, alcohol, geur.

Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
+P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gevaar



UFI-Code: XH00-60WF-D006-TC80

Ernstige incidenten met het product moeten worden gemeld aan DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik en de bevoegde autoriteit.

Basis-UDI-DI: ++G014STR064S

Deze gebruiksaanwijzing is een vertaling. De bindende uitgave is de Duitse versie.
S 3020/07e – 2023/01nl



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-veiligheidsinformatiebladen en productinformatie
als PDF-download op www.dr-stamm.de