

STAMMOPUR R

Rengöringsmedel för instrument

för ultraljud • koncentrat



Rengöring och förrengöring av medicinska instrument och tillbehör

Koncentrat för manuell rengöring och förrengöring vid beredning av instrument, både i ultraljudsbad och doppling av

allmänna, kirurgiska, invasiva och icke-invasiva medicinska instrument och tillbehör och komponenter för medicintekniska produkter,

på sterilavdelningen, kliniken, läkarmottagningen och i den medicinska fotvården.

Tolereras av många material, lämplig för delar av metall, titan, glas, porslin, keramik och plast. Om du är tveksam ska du först testa dessa.

För endoskop med tillbehör skall anvisningarna från Karl Storz GmbH respektive Richard Wolf GmbH följas.

Användning i ett ultraljudsbad (dosering • exponeringstid)

2 % • 3–10 min

Användning utan ultraljud (dosering • exponeringstid)

3–5 % • max. 12 h;

Beroende på typen av förorening och om det är svårt att få bort föroreningarna

När produkten används skall den spädas ut med vatten av minst dricksvattenkvalitet och utan ytterligare tillsatser. Se till att produkten väts fullständigt. Skölj delarna grundligt med vatten efter behandlingen och torka dem. Byt brukslösning omedelbart när föroreningar blir synliga, dock senast dagligen.

När färska blod- och proteinrester förekommer, skall lösningen placeras kallt (proteinfixering); lösningen kan värmas upp till 60 °C om det är svårt att få bort föroreningarna.

Beakta produktinformationen på www.dr-stamm.de.

Endast för yrkesmässig användning.

Kan användas som kontaktvätska (2 %) i det indirekta förfarandet vid grundrengöring med STAMMOPUR GR i ultraljudsbad.

Milt alkaliskt (pH 9,5 vid 1 % i avjoniserat vatten), biologiskt nedbrytbart.

Beståndsdelar

5–15 % nonjoniska tensider, 5–15 % anjoniska tensider, komplexbildare, hämmare, alkohol, doft.

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

+P338 kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Fara



UFI-Code: XH00-60WF-D006-TC80

Allvarliga incidenter med produkten ska rapporteras till DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik och den behöriga myndigheten.

Basis-UDI-DI: ++G014STR064S

Denna bruksanvisning är en översättning. Den bindande utgåvan är den tyska versionen.

S 3020/07e – 2023/01sv



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-säkerhetsdatablad och produktinformation som kan laddas ner som PDF-filer på www.dr-stamm.de