

## STAMMOPUR R

### Instrumenten-Reiniger

**MD** CE • für Ultraschall

Ein optimales Reinigungsergebnis im Ultraschallbad wird durch den Einsatz von speziellen, auf dieses Verfahren abgestimmten Reinigungspräparaten, erlangt. **STAMMOPUR R** bietet eine gründliche Entfernung der Verunreinigungen von Reinigungsgütern bei gleichzeitiger Schonung des Reinigungsgutes und der Ultraschallkomponenten.

**STAMMOPUR R** ist für die Reinigung und Vorreinigung von **medizinischen Instrumenten**, sowie von **Zubehör** und **Komponenten** von Medizinprodukten, im Ultraschallbad formuliert und bietet zusätzlich:

- Eignungsempfehlungen der Firmen Karl Storz GmbH und Richard Wolf GmbH
- MDR-konform
- wirtschaftliches Konzentrat, biologisch abbaubar



#### Auf einen Blick

- Konzentrat
- mild alkalisch
- auch zur Vorreinigung empfohlen
- Hohes Blutlösevermögen
- Sehr hohe Reinigungswirkung im Ultraschallbad
- Entfernt auch hartnäckige, eingetrocknete Verunreinigungen
- Sehr hohe Materialverträglichkeit
- Angenehmer Geruch
- Wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration
- Biologisch abbaubar

Die Erfahrung, Qualität, Zuverlässigkeit und das umfassende Wissen der **DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik** spiegeln sich im langfristigen Marktbestehen unserer Produkte wider. Die STAMMOPUR-Präparate bieten eine hohe Wirksamkeit, um Ihre Qualitätsanforderungen sicher erfüllen zu können.

#### Konformität

Medizinprodukt, Klasse I, **CE** gemäß MDR

#### Anwendungsbereich

**STAMMOPUR R** ist ein Konzentrat zur manuellen Reinigung und Vorreinigung im Ultraschallbad als auch im Tauchbadverfahren, von

**allgemeinen, chirurgischen, invasiven und nicht-invasiven medizinischen Instrumenten und Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten** aus Metall, Titan, Glas, Porzellan, Keramik und Kunststoff.

Die **Anwendung** erfolgt im Prozess der Instrumentenaufbereitung in der AEMP (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte), in der Klinik, der Arztpraxis und in der medizinischen Fußpflege.

Für Endoskope und Endoskopzubehör liegen die Eignungsempfehlungen der Firmen Karl Storz GmbH und Richard Wolf GmbH vor. Die Angaben der Hersteller von Endoskopen und deren Zubehör sind bei der Aufbereitung mit **STAMMOPUR R**, besonders im Ultraschallbad, strikt zu beachten.

**STAMMOPUR R** hat eine hohe Materialverträglichkeit, im Zweifelsfall ist diese vorab zu testen.

Die ausschließlich beruflichen Anwender sind geschultes Fachpersonal.

## Dosierung • Einwirkzeiten

### Anwendung im Ultraschallbad:

2 % • 3 – 10 min

### Anwendung ohne Ultraschall:

3 – 5 % • max. 12 h,

*je nach Art und Hartnäckigkeit der Verunreinigungen*

Die Dosierung und Einwirkzeiten sind einzuhalten.

Anschließend erfolgt die Weiterbehandlung gem. KRINKO/BfArM-Empfehlung (Desinfektion, abschließende Desinfektion oder Sterilisation je nach Einstufung der Instrumente).

## Anwendung

Vor der Anwendung sind das Etikett (Gebrauchsanweisung) und das Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnis zu nehmen.

Die Anwendung erfolgt verdünnt im Ultraschall- oder Tauchbad mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität. Eine Beimischung von Zusätzen in die Lösung ist nicht zulässig.

Bei frischen Blut- und Proteinresten mit kaltem Wasser ansetzen (Proteinfixierung). Bei hartnäckigen und eingetrockneten Verunreinigungen kann die Lösung bis auf 60 °C erwärmt werden.

Auf die vollständige Benetzung des Reinigungsgutes ist zu achten. Hohlkörper so einlegen, dass die Luft aus den Hohlräumen vollständig entweicht.

Bei der Anwendung im Tauchbadverfahren können zur Entfernung von Verunreinigungen manuelle Schritte wie z. B. Bürsten oder Wischen eingesetzt werden.

Nach der Aufbereitung die Teile gründlich mit Wasser (gem. KRINKO/BfArM-Empfehlung) spülen und trocknen. Für die Fleckenfreiheit mit VE-Wasser spülen.

Nach der Vorreinigung vor maschinellen Aufbereitungsprozessen die Teile gründlich mit Wasser spülen.

Die Gebrauchslösung ist bei sichtbaren Verunreinigungen sofort, sonst spätestens arbeitstäglich zu wechseln.

Als Kontaktflüssigkeit (2 %) für die Grundreinigung mit STAMMOPUR GR im indirekten Ultraschallverfahren empfohlen.

## Besondere Anwendungshinweise

Die Vorgaben der Medizinproduktehersteller zur Aufbereitung der jeweiligen Medizinprodukte sind zu beachten.

Bei der Anwendung im Ultraschallbad sind die Hinweise des Ultraschallgeräteherstellers strikt zu beachten.

Optiken, Lichtleiter und geklebte Teile nicht mit Ultraschall behandeln.

**STAMMOPUR R** ist speziell für die Anwendung in Ultraschallgeräten entwickelt, aber ebenso für die Anwendung im Tauchbad geeignet.

Die seit vielen Jahrzehnten erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik und BANDELIN electronic GmbH & Co. KG in der Entwicklung der Reinigungs- und Desinfektionspräparate fördert eine große Expertise in allen Anwendungsbereichen der Ultraschallreinigung.

## STAMMOPUR - SONOREX

zwei starke Marken für Ihre  
Reinigung und Desinfektion  
in Medizin, Dental, Labor,  
Arbeitsschutz/Hygiene und Atemschutz!

Anwendungsvideos auf der YouTube-Seite von BANDELIN electronic unter: <https://www.youtube.com/c/BANDELIN>

## Gebindegrößen/ Zubehör

**REF**

Menge	Gebindeform	Bestell-Nr.
1 Liter	PE-Flasche	988
2 Liter	PE-Flasche	934
5 Liter	PE-Kanister	989
10 Liter	PE-Kanister	6029

Zubehör	Variante	Bestell-Nr.
Dosierpumpe	5 Liter	268
	10 Liter	2660
Messbecher	100 ml	294



Bestellnummern unseres Vertriebspartners  
BANDELIN electronic GmbH & Co.KG  
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)  
Tel.: +49 30 76880-0 • Fax: +49 30 7734699  
[bandelin.com](http://bandelin.com) • [info@bandelin.com](mailto:info@bandelin.com)

## Inhaltsstoffe

5–15 % nichtionische Tenside,  
5–15 % anionische Tenside,  
Komplexbildner,  
Inhibitor,  
Alkohol,  
Duftstoff.

## Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klar hellgelbe Flüssigkeit  
Dichte: 1,01g/cm<sup>3</sup>  
Temperaturstabilität: -15 bis 60 °C  
pH-Wert: 9,5 bei 1 % in VE-Wasser  
Mild alkalisch • biologisch abbaubar.

## Transport

Die Gebinde sind für den Transport geeignet und zugelassen. **STAMMOPUR R** ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Der Temperaturbereich während des Transports ist auf den Bereich der geprüften Stabilität des Präparats von -15 °C und +60 °C beschränkt.

## Lagerung

Grundsätzlich gilt: Präparate aufrecht, verschlossen, sauber, trocken und bei allgemein üblichen Lagertemperaturen lagern. Sie erfolgt in einem Temperaturbereich zwischen +5 °C bis +40 °C, der als allgemein übliche Lagertemperatur angesehen wird.

Die Lagerung beim Anwender im Bereich der Anwendung erfolgt bei Raumtemperatur, die je nach Arbeitsbereich zwischen +12 °C und max. +35 °C liegen.

## Ökologie und Entsorgung

Die verwendete Lösung kann mit der 4-fachen Menge Wasser verdünnt in die Kanalisation gegeben werden. Die enthaltenen Tenside sind gemäß EG-Detergenzienverordnung (EG/648/2004) biologisch abbaubar.

Die konkreten Handlungsanweisungen zur Entsorgung obliegen der Organisation der Arbeitsabläufe beim Anwender. Lokale Verordnungen sind zu beachten. Die Gebinde sind für das Recycling gekennzeichnet und somit sortenrein, restentleert und gespült gemäß den lokalen Entsorgungsrichtlinien zu entsorgen. Produktreste sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

## Kennzeichnung gem. (EG) Nr.1272/2008 (CLP)

Die Kennzeichnung bezieht sich nur auf das Konzentrat und nicht auf die Anwendungslösung.



Gefahr

UFI-Code: XH00-60WF-D006-TC80

## Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

## Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/  
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P305+P351 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige  
+P338 Minuten lang behutsam mit Wasser  
ausspülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach  
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Schwerwiegende Vorkommnisse mit dem Produkt sind **DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik** und der zuständigen Behörde zu melden.

Basis-UDI-DI: ++G014STR064S

SRN-Nummer: DE-MF-000005887

Stand: Januar 2023 (81058de-7/2023-01)

Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen übernehmen wir die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Diese Produktinformation kann jedoch nur unverbindlich informieren. Unsere Anwendungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, die nicht auf die Vielzahl der Oberflächen und Verunreinigungen übertragen werden können. Deshalb empfehlen wir dringend, das Produkt an unauffälliger Stelle auf seine Eignung zu prüfen.

EG-Sicherheitsdatenblätter Gebrauchsanweisungen als PDF-Download unter [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de)

 DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik  
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)  
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99  
[www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de) • [info@dr-stamm.de](mailto:info@dr-stamm.de)