

Zubehör für Ultraschallbäder



Löffelträger LT 102



für bis zu 10 Abdrucklöffel


Zweckbestimmung

Die Produkte unterstützen die Ultraschallreinigung durch Aufnahme und Positionierung der zu reinigenden Objekte. Die Verwendung der Produkte erfolgt in Verbindung mit BANDELIN Ultraschallbädern im Rahmen der manuellen sowie vor oder nach der maschinellen Aufbereitung von Medizinprodukten.

Die Löffel werden so aufgehängt und platziert, dass sie zwischen den Silikonschläuchen aufliegen.

Der Löffelträger kann mit bis zu 10 Abdrucklöffel in einem Aufbereitungsschritt bestückt werden.

Der bestückte Löffelträger wird am Rand des Ultraschallbades eingehängt.

Die Produkte sind Medizinprodukte der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/ 745. 

Anwenderkreis

Die Produkte werden in der gewerblichen Aufbereitung von qualifiziertem Fachpersonal verwendet.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Präparates sowie des Ultraschallbades.

Sicherheit



Verbrennungsgefahr

Bei oder nach der Reinigung und Aufbereitung können die Produkte heiß sein.

- Berührung kann zu Verbrennung führen.
- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe oder achten Sie auf eine ausreichende Abkühlung der Produkte vor der Entnahme aus dem Ultraschallbad.



Infektionsgefahr

Die Produkte kommen bestimmungsgemäß mit kontaminierten Instrumenten in Kontakt. Beim Umgang besteht Infektionsgefahr.

- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe und gegebenenfalls weitere persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Produkte.



Verletzungsgefahr

Beschädigte Produkte können scharfe Kanten haben und zu Verletzungen führen.

- Kontrollieren Sie regelmäßig auf Beschädigungen.

- Verwenden Sie keine beschädigten Produkte.



Produktbeschädigung

Die Verwendung aggressiver Präparate oder mechanische Überlastung kann die Lebensdauer der Produkte reduzieren.

- Kontrollieren Sie regelmäßig auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Produkte.

Aufbereitungshinweise

Vor jedem Gebrauch sowie vor Entsorgung sind die Produkte zu reinigen.

Schwerwiegende Vorkommnisse sind BANDELIN electronic GmbH & Co. KG und der zuständigen Behörde zu melden.

